

Painéis de Testes para Fluido Oral

Oral Fluid 6-Panel (S6P)	Cutoff de Triage (Diluído)	Cutoff de Confirmação (Puro)
Amfetamina <i>(Adderall, Benzedrine, Dexedrine, Vyvanse, etc.)</i>	100 ng/ml	50 ng/ml
Metamfetaminas <i>Metamfetamina MDMA, MDA, MDEA</i>	40 ng/ml	50 ng/ml
Cocaína <i>Cocaína, Benzoilecgonina</i>	5 ng/ml	8 ng/ml
Opiáceos <i>Codeína Morfina Hidrocodona (Vicodin, Lortab/Lorcet) 6-MAM (Heroína)</i>	10 ng/ml	40 ng/ml 4 ng/ml (6-MAM)
Fenilciclídina (PCP)	1 ng/ml	10 ng/ml
Maconha (THC)	1 ng/ml	2 ng/ml
<u>Painel-10 de Fluido Oral (S10P)</u> <i>(em adição ao Painel-6)</i>	<u>(Diluído)</u>	<u>(Puro)</u>
Oxicodona <i>Oxycontin, Percodan/Percocet</i>	10 ng/ml	40 ng/ml
Metadona	5 ng/ml	15 ng/ml
Benzodiazepines <i>Diazepam/Nordiazepam (Valium) Alprazolam/ Alpha-hydroxyalprazolam (Xanax)</i>	1 ng/ml	5 ng/ml
Benzodiazepínicos <i>Secobarbital (Seconal) Butalbital (Fioricet, Fiorinal) Pentobarbital (Nembutal) Phenobarbital (Luminal) Amobarbital (Amytal, Tuinal)</i>	20 ng/ml	60 ng/ml
<u>Painéis Separados</u> <i>(oferecidos separados aos painéis 6 e 10)</i>	<u>Screening</u>	<u>Confirmation (Neat)</u>
Maconha Sintética (SSTHC) <i>JWH-018, JWH-018NPA, JWH-018NHP, JWH-073, JWH-073NBA, JWH-073NHB, JWH-250, AM 2201</i>	1.0 ng/ml (Neat)	1.0 ng/ml
Sais de Banho (SBS) <i>Mephedrone, MDPV, Methcathinone, Methyone</i>	1.0 ng/ml (Neat)	1.0 ng/ml
Cotina (metabólito da nicotina) (SCOT)	10.0 ng/ml (Dilute)	10.0 ng/ml

Puro Vs. Diluído:

os níveis de cutoff de Triagem estão listados como diluídos para contar o buffer. As confirmações listadas como puras estão de acordo com os requisitos da SAMHSA.

Validade do Teste:

todos os painéis de fluido oral incluem validade de teste de IgG humano.

Resposta de Dose/Interpretação:

Os resultados devem ser considerados como positivos ou negativos, somente. Níveis de drogas encontradas em teste de fluido oral não podem ser usadas confiavelmente para haver suposições sobre o uso do doador.